

## Radni nalog br: 0132-26

Korisnik: OB Pula  
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)  
Datum prijave: 09.04.2026.

Datum: 09.04.2026.

Uređaj: Plazma sterilizator STERRAD 100NX  
Ser. br: 1048170208 ESB: 109  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

### Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.04.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	09.04.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
3	09.04.2026.	109831-01	Ulje vakum pumpe, L-1668FM (ASP)	3	KOM
4	09.04.2026.	33-05613-0-001	Adapter konv. filtera (ASP)	1	KOM
5	09.04.2026.	25-50703-001	Filter zraka 25mm (ASP)	2	KOM
6	09.04.2026.	25-51198-001	Hepa filter (ASP)	1	KOM
7	09.04.2026.	74-50773-001	Luer, Male 1/4-28 (ASP)	1	KOM
8	09.04.2026.	100910-01	UV Žarulja (ASP)	1	KOM
9	09.04.2026.	32-51413-0-801	Optički filter-mali (ASP)	2	KOM
10	09.04.2026.	32-03557-0-801	Optički filter H2O2 (ASP)	1	KOM
11	09.04.2026.	25-52474-001	Filter zraka 100NX (ASP)	1	KOM
12	09.04.2026.	04-52407-2-001	Ventil-Tran. H2O2	1	KOM
13	09.04.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM

### Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen redoviti preventivni polugodišnji servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 2403 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA

Predao Besim Husić	Ovjerio  Marino Reljica	Datum izvršenja 09.04.2026.
-----------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera