

Radni nalog br: 0136-26

Korisnik: OB Vinkovci
Adresa: Zvonarska 57, 32100 Vinkovci
Datum prijave: 13.04.2026.

Datum: 21.04.2026.

Uređaj: STERRAD NX
Ser. br: 256380 ESB: 805
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Temperature Not Reached !

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.04.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	21.04.2026.	RS 3	Radni sati	5	KOM
3	21.04.2026.	02-52410-2-805	VAPORIZER ASSY W/O TRANS	1	KOM

Napomena serviseru:

Dijagnostika kvara:

- Na uređaju je greška temperature na isparivaču.
- Grijač na isparivaču je van funkcije.
- Potrebna zamjena isparivača.
- Zamjena Vaporizera (Isparivača).
- Nakon zamjene isparivača , greška temperature nije prezentirana.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus: STANDARD broj: 20 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 21.04.2026.
	Anita Tutiš	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru