

**Radni nalog br: 0140-26**

Korisnik: KB Sveti Duh  
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 15.04.2026.

Datum: 15.04.2026.

Uređaj: Termodezinfektor PG 8582 AE WW AD LD  
Ser. br: 018432158 ESB: 141  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - NE RADI


**Opis kvara:**

-Greška 561

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	15.04.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

**Napomena servisera:**

-Neprohodan sustav za reaktivaciju.  
-Uklanjanje naslaga soli u sustavu za reaktivaciju.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio Andereja Cvetković Pavešić 	Datum izvršenja 15.04.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera