

Datum: 01.01.1970.

Radni nalog br: 0142-25

Korisnik: OB ZADAR

Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar

Uređaj: Sigurnosni kabinet CYT-6A1

Ser. br: 2017-121889 ESB: 509

Održava: Eurokontakt

Vrsta
posla: U kvaru - radi

Opis Selidba i servis uređaja Zahtjev korisnika, kraj
6.mjeseca Selidba 24.6. i 25.6. Filteri stižu 4-8.8.2025.
kvara: UV žarulja upit od strane korisnika 18.8.2025.
servis/odrađen servis i validacija/

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.05.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena serviseru: Planirani termin: 10-13.06.2025. Poslati ponudu za uslugu selidbe i servisa(>Čeka se ponuda od Esca za hepa filtere). Stigla narudžbenica/Uređaj preseljen i instaliran_Van funkcije!

Predao Besim Husić	Ovjerio Ivana B. 091 570 5747	Datum izvršenja 01.01.1970.
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------