

Radni nalog br: 0145-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 17.04.2026.

Datum: 20.04.2026.

Uređaj: TrueBeam
Ser. br: H194307 ESB: 304
Održava: Simteh
Status: PMI

Opis kvara:

Redovni servi na aparatu.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	20.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	20.04.2026.	RS2	radni sati	8	KOM
3	21.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
4	21.04.2026.	RS2	radni sati	6	KOM
5	21.04.2026.	01409	Filter antibakterijski	1	KOM
6	21.04.2026.	01410	Brtva filtera	1	KOM
7	21.04.2026.	01411	Brtva kućišta filtera	1	KOM
8	21.04.2026.	01412	Brtva TB	1	KOM
9	21.04.2026.	01413	Brtva	1	KOM
10	21.04.2026.	01414	silikonska mast	1	KOM
11	21.04.2026.	00223	Halogena žarulja	2	KOM
12	21.04.2026.	00049	10L Demi voda	1	KOM
13	21.04.2026.	01408	5l Demi voda	23	KOM

Napomena servisera:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 20.04.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravoavljan je bez potpisa servisera