

Radni nalog br: 0146-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 17.04.2026.

Datum: 17.04.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Leaf A25 na MLC-u zaglavio.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	16.04.2026.	RS2	Radni sati	1	KOM
3	16.04.2026.	00184	MLC motorić	1	KOM

Napomena servisera:

Poslije promjene motorića na leafu A25 MLC uredno radi.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 17.04.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera