

**Radni nalog br: 0147-26**

Korisnik: KB Sveti Duh  
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 20.04.2026.

Datum: 24.04.2026.

Uređaj: Aspirator 3  
Ser. br: 13907-0757 ESB: 269  
Održava: Eurokontakt  
Status: Ostalo

**Opis kvara:**

Temperaturno umjeravanje Aspirator 3

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge   | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|--------------------------|-----|-----|
| 1   | 24.04.2026. | PT1               | Putni trošak 1           | 1   | KOM |
| 2   | 24.04.2026. | RS                | Radni sat                | 2   | KOM |
| 3   | 24.04.2026. | TEMP              | Temperaturno umjeravanje | 1   | KOM |

**Napomena servisera:**

- Temperaturno umjeravanje uređaja izvršeno u tri mjerne točke s intervalom zabilježbe od 5 minuta.
- Za potrebe umjeravanja korišten je mjerni instrument NiloChecker (Nilotech) sa pripadajućim mjernim sondama: DT 122 Dual Digital temp. probe.  
DT 112 Digital temp. probe.
- Srednja vrijednost iznosi 36,67°C s maksimalnom devijacijom od 1%.

|                              |                                                                                                        |                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Predao<br><br>Antonio Čubrić | Ovjerio                                                                                                | Datum izvršenja<br><br>24.04.2026. |
|                              | <br>Kristina Bezjak |                                    |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera