

Radni nalog br: 0148-26

Korisnik: KB Sveti Duh
Adresa: Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
Datum prijave: 20.04.2026.

Datum: 24.04.2026.

Uređaj: Aspirator 3
Ser. br: 13907-0756 ESB: 270
Održava: Eurokontakt
Status: Ostalo

Opis kvara:

Temperaturno umjeravanje Aspirator 3

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.04.2026.	RS	Radni sat	2	KOM
2	24.04.2026.	TEMP	Temperaturno umjeravanje	1	KOM

Napomena servisera:

- Temperaturno umjeravanje uređaja izvršeno u tri mjerne točke s intervalom zabilježbe od 5 minuta.
- Za potrebe umjeravanja korišten je mjerni instrument NiloChecker (Nilotech) sa pripadajućim mjernim sondama: DT 122 Dual Digital temp. probe.
DT 112 Digital temp. probe.
- Srednja vrijednost iznosi 36,72°C s maksimalnom devijacijom od 1%.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 24.04.2026.
	 Kristina Bezjak	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera