

Radni nalog br: 0149-26

Korisnik: NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE
Adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
Datum prijave: 20.04.2026.

Datum: 22.04.2026.

Uređaj: PG8583 CD AE
Ser. br: 184647972 ESB: 203
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Neispravan sistem doziranja sredstva (Neodisher)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.04.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	22.04.2026.	RS	Trošak radnih sati	2	KOM
3	22.04.2026.	001523	Set crijeva za dozirnu pumpu	1	KOM
4	22.04.2026.	001886	Fini filter	1	KOM

Napomena servisera:

- Izmjena i reparacija dotrajalih modula na sistemu za doziranje sredstva (Neodisher).
- Kontrola rada dozirnih sustava.
- Testni Program "Intezivni" prošao bez greške.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 22.04.2026.
	 Dolores Peruć	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera