

Radni nalog br: 0150-26

Korisnik: Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju MIA
Adresa: Zametska 13, 51000 Rijeka
Datum prijave: 21.04.2026.

Datum: 22.04.2026.

Uređaj: DG112 VFC CO2 O2
Ser. br: 231002690 ESB: 1010
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Izmjena i umjeravanje O2 senzora.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.04.2026.	CO2/O2	Kontrola i servisno umjeravanje koncentracije CO2/O2	1	KOM
2	27.04.2026.	002362	O2 sensor NILOTECH	1	KOM
3	27.04.2026.	RS	Trošak radnih sati	1	KOM

Napomena servisera:

-Izmjena i kalibracija senzora izvršena sukladno proceduri proizvođača.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio  Sanja Vujisić	Datum izvršenja 22.04.2026.
--------------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera