

Radni nalog br: 0152-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 24.04.2026.

Datum: 24.04.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

APD problem

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	24.04.2026.	RS2	radni sati	1	KOM
3	24.04.2026.	00803	Optocoupler	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira	Datum izvršenja 24.04.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru