

Radni nalog br: 0155-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 29.04.2026.

Datum: 29.04.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Display na pendantu ne radi.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	29.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	29.04.2026.	RS2	radni sati	5	KOM
3	29.04.2026.	01416	LCD ekran za pendant	1	KOM

Napomena servisera:

Promjenjen display na pendantu.
 Instalacija radnih stanica Eclipse za nadolazeću nadogradnju sustava.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 29.04.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera