

Radni nalog br: 0156-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 30.04.2026.

Datum: 30.04.2026.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Oštećena brtva vrata na sterilnoj stranio

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.04.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	30.04.2026.	RS	Radni sat	8	KOM
3	30.04.2026.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Marino Reljica	30.04.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera