

Radni nalog br: 0158-26

Korisnik: KBC Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 04.05.2026.

Datum: 04.05.2026.

Uređaj: Halcyon
Ser. br: HAL1679 ESB: 305
Održava: Simteh
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

DMI detektor greška

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.05.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
2	04.05.2026.	RS2	Radni sati	3	KOM
3	04.05.2026.	RS2	Radni sati	3	KOM
4	05.05.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
5	05.05.2026.	RS2	Radni sati	3	KOM
6	05.05.2026.	01223	DMI kontrolna ploča	1	KOM
7	15.05.2026.	01260	DMI optički kabel	1	KOM
8	15.05.2026.	PT1	putni trošak	1	KOM
9	15.05.2026.	RS2	radni sati	6	KOM
10	15.05.2026.	RS2	radni sati	6	KOM
11	15.05.2026.	00386	MLC motor	4	KOM

Napomena servisera:

Promjenjen kontroler DMI detektora i privremeno osposobljen aparat.
Promjena optičkog kabla DMI detektora.
Aparat spreman za rad.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio	Datum izvršenja 04.05.2026.
	 Vedran Manestar	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera