

Radni nalog br: 0161-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 06.05.2026.

Datum: 05.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-4 PS5662
Ser. br: 121200438 ESB: 103
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-3434 kvar sinkronog pogona T2ZA/T2ZB (pneumatski cilindar)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.05.2026.	RS	Radni sat	6	KOM
2	05.05.2026.	000981	Pneumatski cilindar	1	KOM

Napomena serviseru:

-Dijagnosticiranjem nedostataka na uređaju utvrđena je neispravnost na zaštitnom cilindru (sterilna strana).
-Izmjena i podešavanje pneumatskog cilindra.
-Vakuum test EN-285 (ciklus: 8935)- prošao bez greške
-Bowie-Dick test (ciklus:8937)- prošao bez greške. Kontrola: NEGATIVNA
-Program 134°C Standardni s dodatnim sušenjem (ciklus:8940)- prošao bez greške.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Larisa Smriko	05.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru