

Radni nalog br: 0162-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 06.05.2026.

Datum: 05.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-3 PS5662
Ser. br: 121200440 ESB: 104
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-Greška na modulu za kontrolu tlaka

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.05.2026.	RS	Radni sat	4	KOM

Napomena servisera:

-Dijagnosticiranjem nedostataka na uređaju utvrđena je neispravnost na konektoru modula za kontrolu komprimiranoga zraka.

-Reparacija konektora na modulu za kontrolu komprimiranoga zraka.

-Vakuum test EN-285 (ciklus:11599)- prošao bez greške.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Larisa Smriko	05.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera