

Radni nalog br: 0163-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 06.05.2026.

Datum: 03.08.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050815665463 ESB: 168
Održava: Eurokontakt
Status: Ostalo

Opis kvara:


Curenje vode na dovodu tople vode i prikaz greške A02 (problem s dovodom vode)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	06.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	06.05.2026.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

Utvrđeno kapljanje vode na vanjskom spoju priključka tople vode. Greška A02 ukazivala je na otežan ili prekinut dotok vode. Zbog nakupljenog kamenca i pijeska došlo je do potpunog začepjenja ulaznog dijela nakon prvotnog pokušaja pritezanja.

Demontaža dovodnog crijeva i čišćenje mehaničkih nečistoća. Detaljno čišćenje filtra na jednostrukom elektromagnetnom ventilu. Brtvljenje i ponovno zatezanje priključaka. Testiranje: Uređaj pušten u rad kroz dva puna ciklusa. Rad uredan, bez propuštanja vode i bez prikaza greške.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 03.08.2026.
	 Jasminka Cerovec	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera