

Radni nalog br: 0165-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 08.05.2026.

Datum: 30.04.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180241 ESB: 352
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

H2O2 Area Too Low (Greška u sistemu dodjele H2O2).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.04.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	30.04.2026.	RS 3	Radni sati	4	KOM
3	30.04.2026.	42-54136-801	Motor nosača igala (ASP)	1	KOM

Napomena serviseru:

-Dijagnostikom kvara utvrđeno: dotrajalost motora nosača igala.
-radni nalog broj: 2026-012 (Robert Bajdak).

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Boris Slišković	30.04.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru