

Datum: 18.08.2025.

Radni nalog br: 0166-25

Korisnik: KBC Rijeka

Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Datum
prijave: 23.06.2025.

Uređaj: Sterrad NX AC

Ser. br: 4033185234 ESB: 346

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - radi

**Opis
kvara:**

Molim Vas da se pošalje serviser radi problema u procesu sterilizacije. Kada se pokrene program nema programa sušenja (cca 5 min.) nego odmah počinje sterilizacija. Javi se alarm jer nisu stvoreni preduvjeti za proces sterilizacije. Nakon slijedećeg pokretanja proces sterilizacije se obavi normalno ali za svaki ne odrađeni ciklus gubimo jedno punjenje iz kartuše pa umjesto 5 ciklusa odradi se samo 2 ili 3.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.06.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena serviseru: Aktivacija opcije ALLClear.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 18.08.2025.
	 Alenka Crnjelica	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru