

Radni nalog br: 0166-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 08.05.2026.

Datum: 12.05.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250312 ESB: 809
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija

Opis kvara:

Instalacija uređaja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	12.05.2026.	RS 3	Radni sati	6	KOM

Napomena serviser:

- Uređaj instaliran sukladno propisanom instalacijskom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus "STANDARD" broj: 01 prošao bez greške.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Petar Zorić	12.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser