

Radni nalog br: 0170-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
Datum prijave: 11.05.2026.

Datum: 22.07.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 080073 ESB: 351
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

PMI servis, Potrebno servisirati isparivač.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.07.2026.	100798-06	PM2 Kit Sterrad NX (ASP)	1	KOM
2	22.07.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	22.07.2026.	RS3	Radni sati	7	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti godišnji servis razine PM2.

-Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.

-Testni ciklusi Standard broj: 2916 i ciklus Advanced broj: 2917 prošli bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

-Biološki test: NEGATIVAN

-Tokom redovitog servisa konstatirano da je neispravan Vaporizer, (nije prolazio VACUM TEST) te je isti servisiran.

(utrošeni rezervni dijelovi: Vaporizer cleaning kit).

-Nakon odrađenog servisa vaporizera vacum test prošao bez greške.

-Za utrošene dijelove i radne sate servisiranja vaporizera šaljemo ponudu.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 22.07.2026.
	 Tihomir Marijanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera