

Radni nalog br: 0175-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 14.05.2026.

Datum: 22.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5047250260 ESB: 820
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Parir u tijeku printa ide u desnu stranu i print nije ok.. Potrebno zamjeniti poklopac printera (Pukla vodilica papira).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.07.2026.	111745-01	Assembly, printer door	1	KOM
2	22.07.2026.	RS 3	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru:

-Nakon zamjene poklopca sa vodicom papira, print ciklusa bez greške.
JAMSTVO.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Tihomir Marijanović	22.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru