

Radni nalog br: 0177-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 14.05.2026.

Datum: 30.07.2026.

Uređaj: MIKROBIOLOŠKI KABINET BH 5
Ser. br: 2018130282 ESB: 041
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Promjena filtera i validacija kabineta.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	30.07.2026.	RS2	radni sati	18	SAT
3	30.07.2026.	002454	Filter (veliki) za kabinet Comecer BH5	1	KOM
4	30.07.2026.	002455	Filter (mali) za kabinet Comecer BH5	1	KOM
5	30.07.2026.	VALID	VALIDACIJA SIGURNOSNOG KABINETA	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Alenka Crljenica Lovrović	30.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera