

Radni nalog br: 0180-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 14.05.2026.

Datum: 14.05.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399509 ESB: 108
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška DOS3-dozirna pumpa

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	14.05.2026.	RS	Radni dsati	3	KOM

Napomena serviseru:

Na uređaju je samoinicijativno izvršena promjena kemijskih sredstava za pranje. Originalno sredstvo proizvođača Dr. Weigert zamijenjeno je novim sredstvom proizvođača Franklab dezinfekcijsko sredstvo za laboratorijsko staklo. Navedeno zamjensko sredstvo prethodno nije bilo testirano niti odobreno od strane MIELE-a za primjenu na ovom modelu uređaja. Uslijed miješanja ili nekompatibilnosti kemikalija došlo je do agresivne kemijske reakcije unutar sustava. Kemijska reakcija uzrokovala je fizičko i strukturalno oštećenje dozirnih pumpi.

Servisna služba je izvršila hitne mjere i privremeno osposobila postojeće dozirne pumpe. Uređaj je trenutačno u radnom stanju, no zbog pretrpljenog oštećenja materijala ne postoji jamstvo na duži period rada ovih komponenti. Otkazivanje pumpi može se dogoditi u bilo kojem trenutku, što može uzrokovati novi zastoj u radu i potencijalno veća oštećenja.

Radi osiguranja procesne sigurnosti, točnosti doziranja i dugotrajne stabilnosti uređaja, izričito se preporučuje kompletna zamjena oštećenih dozirnih pumpi. Savjetujemo da se originalni dijelovi naruče i ugrade u što kraćem roku kako bi se spriječio neplanirani prekid rada.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Marino Reljica Kostić	14.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru