

Radni nalog br: 0181-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 14.05.2026.

Datum: 13.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-3 PS5662
Ser. br: 121200440 ESB: 104
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-3422 Vrata nisu napustila izlaznu poziciju.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.05.2026.	RS	Radni sat	4	KOM
2	13.05.2026.	001367	Releji vrata	2	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnostikom utvrđene nepravilnosti na el. sklopnicima pogona vrata.
- Izmjena relejnog sklopa za podizanje i spuštanje vrata.
- Kontrola rada i puštanje u rad.
- Vakuum test EN-285 (ciklus:11644)- prošao bez greške
- Bowie Dick test (ciklus:11645)- prošao bez greške. Kontrola: Negativna.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	13.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera