

Radni nalog br: 0182-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 14.05.2026.

Datum: 13.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator-2 PS5662
Ser. br: 121200451 ESB: 105
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Ugradnja reparirane vakuum pumpe

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	14.05.2026.	RS	Radni sat	4	KOM

Napomena servisera:

- Reparaciju vakuum pumpe preuzela je tehnička služba bolnice.
- Vakuum pumpu isporučila je tehnička služba bolnice.
- Izvršena je ugradnja vakuum pumpe na predviđeno mjesto.
- Kontrolnim testovima utvrđeno je da vakuum pumpa postiže zadane vrijednosti ispod 6,0 kPa, međutim njezina ispravnost i vijek trajanja ne mogu se garantirati.
- Testni ciklus sterilizacije ne zadovoljava propisane parametre tlaka i temperature te ciklus sterilizacije nije moguće uspješno izvršiti.
- Potrebno je provesti daljnje servisne radnje.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	13.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera