

Radni nalog br: 0184-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 15.05.2026.

Datum: 15.05.2026.

Uređaj: CCD 1050
Ser. br: 1050821756743 ESB: 736
Održava: Eurokontakt
Status: Instalacija

Opis kvara:

Instalacija uređaja Lischka CCD 1050

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	15.05.2026.	RS	Radni sat	4	KOM

Napomena servisera:

- Instalacija uređaja izvršena sukladno propisanoj proceduri i uputama proizviđača.
- Instalacija izvršena u monofaznoj izvedbi 220V/50Hz.
- Testni program prošao bez greške.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 15.05.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera