

**Radni nalog br: 0188-26**

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka  
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka  
Datum prijave: 18.05.2026.

Datum: 12.06.2026.

Uređaj: MRI2-12C-8MIRI II Inkubator  
Ser. br: 2022-3979 ESB: 897  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI


**Opis kvara:**

PM servis

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge             | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 1   | 12.06.2026. | 001645            | PM kit MIRI TL12                   | 1   | KOM |
| 2   | 12.06.2026. | RS                | Radni sati                         | 8   | KOM |
| 3   | 12.06.2026. | USL               | UMJERAVANJE CO2 I O2 KONCENTRACIJE | 1   | KOM |
| 4   | 12.06.2026. | USL               | UMJERAVANJE TEMPERATURE            | 24  | KOM |
| 5   | 12.06.2026. | PT3               | Putni trošak                       | 1   | KOM |

**Napomena serviseru:**

- Na uređaju odrađan redoviti godišnji preventivni servis, sukladno propisanoj proceduri.
- Sve kalibracije i testovi prošli bez greške.
- Odrađena temperaturna, CO2 i O2 umjeravanja.

|                           |                                                                                                        |                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Predao<br><br>Besim Husić | Ovjerio                                                                                                | Datum izvršenja<br><br>12.06.2026. |
|                           | <br>Tamara Tramišak |                                    |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru