

Radni nalog br: 0189-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 18.05.2026.

Datum: 11.08.2026.

Uređaj: MIRI-TL 12C8
Ser. br: 2022-4712 ESB: 896
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

Preventivno godišnje održavanje

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.08.2026.	001645	Servisni kit MIRI	1	KOM
2	11.08.2026.	RS	Radni sati	8	KOM
3	11.08.2026.	USL	Umjeravanje CO2 i O2 koncentracije	1	KOM
4	11.08.2026.	USL	Umjeravanje temperature	12	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađan redoviti godišnji preventivni servis, sukladno propisanoj proceduri.
- Sve kalibracije i testovi prošli bez greške.
- Odrađena temperaturna, CO2 i O2 umjeravanja.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 11.08.2026.
	 Tamara Tramišak	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera