

Radni nalog br: 0190-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 18.05.2026.

Datum: 19.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Kvar sinkronog pogona PKa/PKb

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.05.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	19.05.2026.	RS	Radni sat	2	KOM
3	19.05.2026.	002525	Sterilni filter 1/2, PS5662	1	KOM
4	19.05.2026.	RS	Radni sat	4	SAT

Napomena servisera:

-Dijagnosticiranje neispravnosti na sustavu odvoda kondenzata.
-Uklanjanje nečistoća iz sustava za odvod kondenzata.
-Izmjena sterilnog filtera.
-Vakuum test EN-285 (Ciklus:12449) prošao bez greške.
-Program 134°C Standarni (Ciklus:12450) prošao bez greške.
-Bowie-Dick test (Ciklus:12451) prošao bez greške. Kontrola: NEGATIVNA.

-Napravljena instalacija FTP servera na računalo koje je osigurala bolnica. Konfigurirani svi parni sterilizatori da spremaju dokumentaciju na novo računalo.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Marino Reljica Kostić	19.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera