

Radni nalog br: 0191-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 18.05.2026.

Datum: 18.05.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Uređaj javlja grešku 224053
 Neispravan Thyatron

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.05.2026.	PT1	putni trošak	1	KOM
2	18.05.2026.	RS2	radni sati	2	KOM
3	18.05.2026.	0572	Glavni Thyatron	1	KOM
4	18.05.2026.	000729	Visoko naponska diod	1	KOM

Napomena servisera:

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 18.05.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera