

Radni nalog br: 0194-26

Korisnik: OB Dubrovnik
Adresa: Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
Datum prijave: 18.05.2026.

Datum: 18.05.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 1033150426 ESB: 362
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Vacuum System Timeout.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.05.2026.	PT5	Putni trošak 5	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ivica Majčica	18.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera