

Radni nalog br: 0198-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 20.05.2026.

Datum: 27.05.2026.

Uređaj: PG 8582 CD [WW AD CM] AE
Ser. br: 184660644 ESB: 830
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PMI-servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.05.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	27.05.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	27.05.2026.	001388	Filter	1	KOM
4	27.05.2026.	001315	Servisni kit pg85/9x/cd	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu.
Preporuka servisera i proizvođača je da se trenutna sitna sol koja se koristi zamjeni sa krupnom soli.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 27.05.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera