

Radni nalog br: 0201-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 22.05.2026.

Datum: 22.05.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250312 ESB: 809
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Zaglavljena vrata mehanizma kazete.
(Nemoguće ubaciti novu kazetu sa vodikovim peroksidom). Riješeno

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Petar Zorić	22.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru