

Radni nalog br: 0202-26

Korisnik: Klinika za dječje bolesti - Klaićeva
Adresa: Vjekoslava Klaića 16, 10000 Zagreb
Datum prijave: 22.05.2026.

Datum: 22.05.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250155 ESB: 518
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

-Korisnik tri puta pogriješio pass.
-Blokiran uređaj!

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	22.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena servisera:

Riješeno.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 22.05.2026.
	 Vedran Vucelić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera