

Radni nalog br: 0203-25

Korisnik: OB Pula

Datum: 21.07.2025.

Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100
Pula (Pola)

Uređaj: VDC-606 Kalibrator doze

Ser. br: 202303024 ESB: 217

Održava: Eurokontakt

Vrsta posla: U kvaru - NE RADI

Opis Jutarnja provjera ne prolazi, potrebna zamjena filtera
kvara: vlage

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.07.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena serviser:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Nenad Cuca	ing. Sara 0958707070	21.07.2025.