

Radni nalog br: 0206-26

Korisnik: Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević
Adresa: Mirogojska 8, 10000 Zagreb
Datum prijave: 28.05.2026.

Datum: 09.07.2026.

Uređaj: PG 8582
Ser. br: 000018423441 ESB: 607
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Preventivni godišnji servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.07.2026.	RS	Radni sati	5	KOM
3	09.07.2026.	001315	Servisni kit PG858x/9x/CD	1	KOM
4	09.07.2026.	000474	PVC crijevo 3mm	1	KOM
5	09.07.2026.	000473	PVC crijevo dos 6mm	1	KOM
6	09.07.2026.	002421	Parni kondenzator crni	1	KOM
7	09.07.2026.	002420	Parni kondenzator	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu.

Po preporuci proizvođača perilica bi trebala koristiti krupnu sol. Trenutno korisnik koristi sitnu SOMAT sol

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 09.07.2026.
	Lucija Franić 	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera