

Radni nalog br: 0209-26

Korisnik: Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
 Adresa: Ulica grada Vukovara 220 Zagreb, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 01.06.2026.

Datum: 18.06.2026.

Uređaj: G7883CD
 Ser. br: 51/74361969 ESB: 831
 Održava: Eurokontakt
 Status: PMI

Opis kvara:

PMI-SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	18.06.2026.	RS	Radni sat	8	KOM
3	18.06.2026.	000471	SERVISNI KIT G78XX CD	1	KOM
4	18.06.2026.	002475	NAPA	1	KOM
5	18.06.2026.	001731	MIKROFILTER KOMORE MIELE	1	KOM
6	18.06.2026.	001886	FINI FILTER	1	KOM
7	18.06.2026.	002341	GRUBO SITO	1	KOM
8	18.06.2026.	002474	BRTVENI PRSTEN	1	KOM
9	18.06.2026.	002448	Sigurnosna matica	1	KOM
10	18.06.2026.	002450	NOSAČ PRSKALICE MIELE	1	KOM
11	18.06.2026.	002260	Prskalica gore	1	KOM
12	18.06.2026.	002342	SITO	1	KOM
13	18.06.2026.	002476	POKROV	1	KOM
14	18.06.2026.	002477	NAPA	1	KOM
15	18.06.2026.	002478	BRTVENI PRSTEN SPREMNIK ZA SOL	1	KOM
16	18.06.2026.	002479	POKLOPAC MIELE	1	KOM
17	18.06.2026.	002480	POKROV MIELE	3	KOM
18	18.06.2026.	000466	MAGNETNI VENTIL	1	KOM
19	18.06.2026.	000881	MJERAČ PROTOKA VODE	1	KOM
20	18.06.2026.	001391	Nepovratni ventil	1	KOM
21	18.06.2026.	002449	PLOVAK	1	KOM
22	18.06.2026.	002349	SENZOR TEMPERATURE	2	KOM
23	18.06.2026.	000880	HIDROSTAT	2	KOM
24	18.06.2026.	002481	REDUKCIJSKI NASTAVAK	2	KOM
25	18.06.2026.	001388	SET FILTER	1	KOM
26	18.06.2026.	002482	ZAPORNI VIJAK	1	KOM
27	18.06.2026.	002005	DOS CRIJEVO 6MM - MIELE	2	KOM
28	18.06.2026.	002483	PRIKLJUČNO CRIJEVO DRM 3X1,5 1800MM	2	KOM
29	18.06.2026.	002484	BRTVA DOLJE	1	KOM
30	18.06.2026.	000036	Sol za reaktivaciju 1,5 kg	50	KOM
31	18.06.2026.	002189	SET DONJE PRSKALICE G7883 MIELE	1	KOM

Napomena serviseru:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni godišnji servis sukladno propisanom protokolu

Predao Mario Petravić	Ovjerio <i>M.S.</i> Vesna Stipaničev	Datum izvršenja 18.06.2026.
-------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru