

Radni nalog br: 0211-26

Korisnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 03.06.2026.

Datum: 02.06.2026.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 51/74378373 ESB: 834
Održava: Eurokontakt
Status: Ostalo

Opis kvara:

Puklo odvodno crijevo

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	02.06.2026.	RS	Radni sati	1	KOM
3	02.06.2026.	000462	Odvodno crijevo-Miele	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mario Petravić	Goran Bojić	02.06.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera