

Radni nalog br: 0212-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 21.07.2025.

Datum: 18.08.2025.

Uređaj: MIKROBIOLOŠKI KABINET BH 5
Ser. br: 2018130282 ESB: 041
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Utvrđena je nestabilnost korisničkog sučelja (tipkovnice) zbog gubljenja kontakta na tipkama te kritična neispravnost PC jedinice kalibratora doze, koja rezultira prekidima u radu i terminacijom sustava.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	21.07.2025.	RS2	radni sati	2	KOM
3	30.03.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
4	30.03.2026.	RS2	radni sati	4	KOM
5	30.03.2026.	RS2	radni sati	4	KOM
6	30.03.2026.	02177	Upravljačka ploča	1	KOM
7	30.03.2026.	02178	Kontroler tipkovnice	1	KOM
8	05.05.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
9	06.05.2026.	RS2	Radni sati	6	KOM

Napomena servisera:

Uspješno je izvršena sanacija kabineta zamjenom tipkovnice i kontrolera, čime je uspostavljena puna funkcionalnost sučelja, izvršen je i popravak industrijskog računala što je rezultiralo potpunom stabilizacijom rada kalibratora doze također je saniran kvar na bravici mehanizma na spremištu radioaktivnog otpada,

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Alenka Crljenica Lovrović	Datum izvršenja 18.08.2025.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera