

Radni nalog br: 0212-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 03.06.2026.

Datum: 26.06.2026.

Uređaj: PLAZMA STERILIZATOR 100NX ALL CLEAR 1
Ser. br: 1047201571 ESB: 132
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PMI

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.06.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM
2	26.06.2026.	100910-01	UV žarulja (ASP)	1	KOM
3	26.06.2026.	32-51413-0-801	Optički filter Mali (ASP)	2	KOM
4	26.06.2026.	32-03557-0-801	Optički filter Veliki (ASP)	1	KOM
5	26.06.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
6	26.06.2026.	109831-01	Ulje vacumske pumpe, L-1668FM (ASP)	3	KOM
7	26.06.2026.	33-05613-0-001	Adapter konvertibilnog filtera	1	KOM
8	26.06.2026.	25-00473-001	Hepa filter 100NX (ASP)	1	KOM
9	26.06.2026.	25-50703-001	Filter zraka 0,2mm PTFE 25mm (ASP)	2	KOM
10	26.06.2026.	74-50773-001	14-28 UNF (ASP), male	1	KOM
11	26.06.2026.	25-52474-001	Filter zraka 100NX (ASP)	1	KOM
12	26.06.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
13	26.06.2026.	RS 3	Radni sati	7	KOM

Napomena serviser:

- Na uređaju izvršen redoviti polugodišnji preventivni servis sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 4256 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 26.06.2026.
	 Danica Capek	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser