

Radni nalog br: 0214-25

Korisnik: BIOINSTITUT d.o.o.
Adresa: Ulica Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Čakovec
Datum prijave: 21.07.2025.

Datum: 03.09.2025.

Uređaj: PG 8583
Ser. br: 018435262 ESB: 632
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.09.2025.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	03.09.2025.	RS	Radni sati	5	KOM
3	03.09.2025.	000473	PVC crijevo/DOS 6mm	2	KOM
4	03.09.2025.	001315	Servisni kit PG 858x/9x/CD (Miele)	1	KOM

Napomena serviseru: Na uređaju izvršen redoviti preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 03.09.2025.
	 Hrvoje Šajn	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru