

Radni nalog br: 0214-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčičeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 05.06.2026.

Datum: 05.06.2026.

Uređaj: C-LUK TCA6
Ser. br: 55-19-078-759 ESB: 069
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Missing pulses

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.06.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	05.06.2026.	RS3	radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

Pri dolasku na lokaciju, uređaj (C-luk) radi uredno. Izvršeno je čišćenje računala u konzoli te su prekontrolirani i ponovno prespojeni svi konektori. Nakon obavljenih radova, izvršena je testna provjera i uređaj je predan u rad u ispravnom stanju.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Matko Biocic	05.06.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera