

Radni nalog br: 0215-25

Korisnik: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE
ŽUPANIJE

Datum: 26.08.2025.

Adresa: UL. Vladimira Nazora 23, HR-52100 PULA

Uređaj: G7825

Ser. br: 74394257 ESB: 633

Održava: Eurokontakt

Vrsta posla: PMI

**Opis
kvara:** GODIŠNJI PREVENTIVNI SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	26.08.2025.	002153	FILTER SET MIELE G7825/26	1	KOM
3	26.08.2025.	002152	MIELE SET G7825/26	1	KOM
4	26.08.2025.	000473	PVC DOS CRIJEVO	2	KOM
5	26.08.2025.	RS	RADNI SATI 2 SERVISER	5	KOM

Napomena serviser: IZVRŠEN SERVIS PO SERVISNOM KITU, KAO DOKAZ ISPRAVNOSTI IZVRŠEN
TEMPERATURNI MAPING PROCESA ORGANIKA (KORISNIKU POSLAN ISPIS NA MAIL). UREĐAJ ISPRAVAN I SPREMAN
ZA RAD

Predao Leo Hudin	Ovjerio Iva Lazarić Matejčić 099 8105 918	Datum izvršenja 26.08.2025.
		