

Radni nalog br: 0215-26

Korisnik: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJUN PGŽ
Adresa: GAJEVO ŠETALIŠTE 21, 51260 CIRKVENICA
Datum prijave: 05.06.2026.

Datum: 12.06.2026.

Uređaj: G7892
Ser. br: 51/7377872 ESB: 623
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška-F06

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	12.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	12.06.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnosticiranjem nedostataka utvrđene nepravilnosti na odvodnom sustavu (puknuto odvodno crijevo).
- Privremeno popravljeno.
- Potrebno izmjeniti odvodno crijevo.
- Kontrola rada i puštanje u pogon.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 12.06.2026.
	 Miroslav Mamić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera