

Radni nalog br: 0216-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 08.06.2026.

Datum: 17.07.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050809604734 ESB: 091
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Izmjena PLC ploče

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	17.07.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
2	17.07.2026.	001576	MATIČNA PLOČA-LISCHKA	1	KOM

Napomena serviseru:

-izmjena PLC upravljačke ploče.
-parametriranje sustava.
-testni ciklus prošao bez greške

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Tihomir Marjanović	17.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru