

Datum: 29.07.2025.

Radni nalog br: 0218-25

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice

Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Datum
prijava: 23.07.2025.

Uređaj: CDD 1050 basic

Ser. br: 1050809635091 ESB: 930

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - NE RADI

**Opis
kvara:**

Blateks Lischka na OHBP koji nije korišten godinu dana, a izbacuje grešku A06 kod početka grijanja, treba doći rješavati. Nisu grijači. Otpor im je 36 Ohm i prema zemlji nema probijanja. Primjetio sam kada treba početi grijati relej na špulu NE DOBIJE NAPON. I izbacuje grešku. Neki uvjet nema. Također ona dva bijela ventila iznad komore do zida koji upuštaju vodu u generator su ok (46 Ohm)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.07.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena serviser:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Šima	29.07.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser