

Datum: 09.09.2026.

Korisnik: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Adresa: I. G. Kovačića 1E, 40000 Čakovec
Klinika/odjel: Centralna sterilizacija
Datum prijave: 09.06.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250296 ESB: 810
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Kvar se očituje u tome da prilikom rada uređaj izbacuje kazetu vod. peroksida a ista nije prazna.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.09.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	09.09.2026.	RS3	Radni sati	3	KOM
3	09.09.2026.	113420-13	Software Sterrad 100NX	4	KOM

Napomena servisera:

Izvršeno instaliranje nove verzije softvera 08
Uređaj u jamstvu.
-Odrađen Upgrade Software, (verz soft. 1134201303).

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 09.09.2026.
	 Darko Balić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera