

Radni nalog br: 0220-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 09.06.2026.

Datum: 09.06.2026.

Uređaj: Sterrad NX AllClean
Ser. br: 5033236341 ESB: 899
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM Servis (Odrađen minimalni servis-ukupan broj ciklusa 10).
-Uređaj nije korišten na odjelu: Dnevna bolnica-Oftamologija-op sale.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	09.06.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	09.06.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena(ASP)	1	KOM
3	09.06.2026.	33--05613-0-001	Adapter konvertibilnog filtera(ASP)	1	KOM
4	09.06.2026.	25-52153-801	Filter za zrak 2x2mm NX (ASP)	1	KOM
5	09.06.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
6	09.06.2026.	109831-01	Ulje vacumske pumpe (ASP)	1	KOM
7	09.06.2026.	RS 3	Radni sati	5	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju odrađen preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 11 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki test: NEGATIVAN
- Na uređaju izvršena intervencija po biltenu broj: TB-118769 (Software Upgrade NX Allclear).

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 09.06.2026.
	 Tihomir Marijanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera