

Radni nalog br: 0223-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice - Tumori
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb
 Datum prijave: 12.06.2026.

Datum: 12.06.2026.

Uređaj: TrueBeam
 Ser. br: H194307 ESB: 304
 Održava: Simteh
 Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

MLC greška

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.06.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	11.06.2026.	RS2	Radni sati	4	KOM
3	11.06.2026.	000215	Osovina MLC Quarter	4	KOM
4	11.06.2026.	000240	T-Nut Half leaf	1	KOM
5	11.06.2026.	000243	T-Nut Quarter	2	KOM
6	11.06.2026.	000245	Klizač	1	KOM
7	11.06.2026.	000349	Soft pot assy gornji	2	KOM

Napomena servisera:

Pregledom MLC-a uočena je savinuta osovina na jednom listu (leaf) te loše stanje osovina na još tri lista. Izvršena je demontaža oštećenih dijelova te su uspješno zamijenjene ukupno četiri neispravne osovine. Nakon zamjene napravljene su standardne funkcijske i kalibracijske provjere MLC-a. Sustav radi ispravno i stabilno.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 12.06.2026.
------------------------------------	---	---

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera